

1. NAZIV AKREDITIRANOG TIJELA

**"K.J.K.P. Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo,
Laboratorija za ispitivanje, kalibraciju i verifikaciju vodomjera, Odjel za verifikaciju
Inspeksijsko tijelo tip C**

Kontakt informacije tijela	Kontakt osoba
Gliše Jankovića 8 71000, Sarajevo	Dženan Šejto, dipl.ing.maš. Rukovodilac kvaliteta
Tel: 033/774-920	Tel: 033/774 920
Fax: 033/774-923	Fax: 033/774 923
Email: dzenans@viksa.ba	Email: dzenans@viksa.ba

2. STANDARD

BAS EN ISO/IEC 17020:2013

3. PODRUČJE AKREDITACIJE

R.B.	Područje i podpodručje	Opis
1.	IN 18 - Mjerni uređaji IN 18.1 - Mjerila protoka	

TABELA – DETALJNO PODRUČJE AKREDITACIJE (klasifikacija prema dokumentu **OD 07-40**)

Područje rada:		IN 18 - Mjerni uređaji		
Podpodručje rada:		IN 18.1 - Mjerila protoka		
Opis:				
Broj	Predmet inspekcije	Obim inspekcije	Faza inspekcije	Metode / Procedure
M001	Vodomjeri za hladnu vodu nominalnog protoka do 10 m ³ /h	Od 0,03 m ³ do 20 m ³	Naredna	OIML R 49-2: 2013, tč. 10.1.3

Potpis ovlaštenog lica